

## Funkční vzorek

### ID 23990: Ponorný pyrometr

Autor: Doc. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

Technická specifikace:

Měření je prováděno plášťovým termočlánkem typu C (W-Re) s ochrannou cermetovou trubičkou Metamic. Signál je digitalizován převodníkem OMEGA OMR 6018 a pomocí software ADAMView zobrazován a ukládán do PC. Zařízení umožňuje měření teplot do 2 300 stupňů Celsia ve vakuové indukční peci.

